



Muzeum Podlaskie w Białymstoku, informuje, iż do zapytania ofertowego na zakup i dostawę defibrylatora do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej

### Pytanie 1:

Informujemy, że art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest przede wszystkim dokonywanie opisu przedmiotu, zamówienia takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, tymczasem w niniejszym zapytaniu Zamawiający wprost wskazał konkretny rodzaj tj. Defibrylator ZOLL AED PLUS (półautomatyczny) z elektrodami. Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty zawierającej produkt „równoważny”, jednak na rynku nie ma produktu równoważnego do wymienionego modelu defibrylatora, tylko Defibrylator ZOLL AED PLUS (półautomatyczny) posiada elektrody CPR-D z czujnikiem siły ssania oraz funkcję doradcy RKO (mierzy tempo oraz. głębokość ucisku klatki piersiowej).

Prosimy o dopuszczenie o połowę tańszego defibrylatora posiadającego wszystkie parametry co Defibrylator ZOLL AED PLUS (półautomatyczny) poza wyżej wymienionymi parametrami, który jest zgodny ze wszystkimi standardami dotyczącymi defibrylatora AED

### Odpowiedź:

Zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 17.11.2015r. na zakup i dostawę defibrylatora nie podlega pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W związku z powyższym zamawiający w tym wypadku ma prawo posługiwać się nazwą konkretnego modelu sprzętu. Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w miejscu



publicznie dostępnym do tego przeznaczonym tj. na stronie <http://przetargi.wrotapodlasia.pl/>, tym samym nie utrudnił uczciwej konkurencji, mając na uwadze jednocześnie, że na rynku jest kilka firm oferujących dany sprzęt. Defibrylator ZOLL AED PLUS jak zostało wyżej wspomniane, wyposażony jest w elektrody CPR-D z czujnikiem siły ssania oraz funkcję doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokość ucisku klatki piersiowej), z wiedzy Zamawiającego wynika, iż na rynku dostępne są inne rodzaje defibrylatorów niż Producenta ZOLL które w/w parametry posiadają. Jest to parametr wymagany, ułatwiający prawidłową procedurę przeprowadzenia pierwszej pomocy dla osób, które z danym sprzętem nigdy nie miały styczności. Zamawiający nie dopuszcza zatem złożenia oferty na sprzęt, który nie posiada wyżej wymienionego parametru.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego defibrylatora z okresem gwarancji 6 lat??

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego sprzętu z okresem gwarancji 6 lat.

DYREKTOR MUZEUM  
2 spow. f. Okellus  
mgr Andrzej Lechowski